

Łódź, dnia 24.02.2021 r.

Wykonawcy

L.dz. ZO/03a/2021/ 153

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa wymazowych testów antygenowych wykrywających koronawirusa Sars-Cov- 2- Dostawa 500 szt. testów, nr sprawy **ZO/03a/2021**

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł. pn. „Dostawa wymazowych testów antygenowych wykrywających koronawirusa Sars- Cov- 2- Dostawa 500 szt. testów”.

Nr postępowania ZO/03a/2021

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Parametry	
1.	Tramco Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14 05-860 Płochocin	14 000,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 97,5 % Specyficzność testu 100,0 %	89,28 %
2.	GRASO Zenon Sobiecki, Krań 4a 83-200 Starogard Gdański	9 875,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 97,7% Specyficzność testu 99,0%	Oferta odrzucona
3.	<b>AMP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków</b>	<b>12 500,00 zł</b>	<b>Charakterystyka produktu: Czułość testu 97,3% Specyficzność testu 100,0%</b>	<b>100 %</b>
4.	OneDayClinic Sp. z o.o., Sp. k. Ul. Irysowa 4 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce	23 000,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 97,3% Specyficzność testu 100,0%	54,35 %
5.	ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań	13 600,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 96,52% Specyficzność testu 99,68%	Oferta odrzucona

6.	Medicabin Sp. z o.o, Sp. k. ul. Dionizosa 5/2 80-299 Gdańsk	15 660,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 98,11% Specyficzność testu 99,53%	Oferta odrzucona
7.	BS GROUP Sp. z o.o. Marszałkowska 58/12 00-545 Warszawa	10 000,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 96,4% Specyficzność testu 99,2%	Oferta odrzucona
8.	CAMARANTEMED Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58 00-945 Warszawa	8 500,00 zł	Charakterystyka produktu: Czułość testu 96,6% Specyficzność testu 99,0%	Oferta odrzucona
9.	Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. Oddział Silesia Business Park ul. Chorzowska 152 40-101 Katowice	Oferta dotyczy usługi wykonania testów		Oferta odrzucona

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy GRASO Zenon Sobiecki, Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański z powodu niezgodności z OWZ. Zamawiający w Ogólnych Warunkach Zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ wskazał wymagania graniczne testów, które są przedmiotem zamówienia- specyficzność 100%, czułość- minimum 96 %. Wykonawca zaoferował dostawę testów o czułości testu 97,7% oraz specyficzności testu 99,0%. Parametry te nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań z powodu niezgodności z OWZ. Zamawiający w Ogólnych Warunkach Zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ wskazał wymagania graniczne testów, które są przedmiotem zamówienia- specyficzność 100%, czułość- minimum 96 %. Wykonawca zaoferował dostawę testów o czułości testu 96,52% oraz specyficzności testu 99,68%. Parametry te nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Medicabin Sp. z o.o, Sp. k. ul. Dionizosa 5/2, 80-299 Gdańsk z powodu niezgodności z OWZ. Zamawiający w Ogólnych Warunkach Zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ wskazał wymagania graniczne testów, które są przedmiotem zamówienia- specyficzność 100%, czułość- minimum 96 %. Wykonawca zaoferował dostawę testów o czułości testu 98,11 % oraz specyficzności testu 99,53 %. Parametry te nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy BS GROUP Sp. z o.o.  
Marszałkowska 58/12 00-545 Warszawa z powodu niezgodności z OWZ. Zamawiający w Ogólnych Warunkach Zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ wskazał wymagania graniczne testów, które są przedmiotem zamówienia- specyficzność 100%, czułość- minimum 96 %. Wykonawca zaoferował dostawę testów o czułości testu 96,40 % oraz specyficzności testu 99,20%. Parametry te nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy CAMARANTEMED Sp. z o.o.  
ul. Marszałkowska 58 00-945 Warszawa z powodu niezgodności z OWZ. Zamawiający w Ogólnych Warunkach Zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ wskazał wymagania graniczne testów, które są przedmiotem zamówienia- specyficzność 100%, czułość- minimum 96 %. Wykonawca zaoferował dostawę testów o czułości testu 96,60 % oraz specyficzności testu 99,00%. Parametry te nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. Oddział Silesia Business Park ul. Chorzowska 152 40-101 Katowice z powodu niezgodności z OWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów, natomiast Wykonawca zaoferował usługę wykonania testów w placówkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy AMP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków została uznana za najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów i z tym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w niniejszym postępowaniu.

KIEROWNIK  
Dział Zaopatrzenia  
i Zamówień Publicznych  
*Maria Kowalska-Bieniek*

